



Strojirenský zkusební ústav, s. p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

CERTIFICADO

Número: **B-39-00086-11**

Fabricante: L I N E T spol. s r.o.
Zelevčice 5, 274 01 Slany
Czech Republic
Id Empresa: 00507814

Producto: Cama articulada para Cuidados Intensivos

Nombre: MultiCare

El Engineering Test Institute certifica que las características de la muestra del producto referido se ha encontrado que es conforme a los requerimientos aplicados de:

IEC 60601-1:2005 (idt. EN 60601-1:2006 and CSN EN 60601-1 ed.2:2007),
IEC 60601-2-52:2009 (idt. EN 60601-2-52:2010 and CSN EN 60601-2-52:2011),
CSN EN ISO 5349-1:2002, CSN EN ISO 3746:2010 and CSN EN ISO 11202:2010.

El presente certificado se ha realizado en la base de los reportes No. 39-8993/E de 2011-02-28, No. 39-8993/H y No. 39-8993/N de 2011-02-18, realizados por Engineering Test Institute.

Las reglas utilizadas en el Certificado se especifican en la página 2.

Brno 2011-02-28



Jiff Rozsival
Deputy Director

REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL CERTIFICADO:

Como fin de poner el producto en el Mercado, el Certificado sólo podrá ser utilizado siempre que se apliquen los documentos normativos indicados en la página 1..

El Certificado sólo puede utilizarse como certificado para el producto especificado en la Página 1. Esto también es válido para el uso en materiales publicitarios, promocionales y comerciales. El uso no autorizado o engañoso del Certificado puede resultar en su retiro.

Está prohibido cambiar, enmendar o sobrescribir los datos contenidos en el Certificado.

El Certificado no podrá ser utilizado para documentar las características del producto cambiado sin el consentimiento del Engineering Test Institute de una manera que afecte la conformidad con los requisitos técnicos especificados en la página 1.

